

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Опрема за заштиту животне средине – Гасни хроматограф са масеним детектором (ГЦ/МСД)**Референтни број: **ЈНД- ИХ/2022**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>У складу са чланом 97. Закона о јавним набавкама, привредни субјекат у писаној форми путем Портала јавних набавки тражи од наручиоца додатна појашњења захтеваних техничких карактеристика, критеријума за доделу уговора и критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Такође, на овај начин желимо да укажемо наручиоцу да постоје недостаци, односно неправилности у документацији о набавци, који нарушавају конкуренцију, а ни на који начин не представљају техничко-технолошку предност захтеваног добра, те у складу са тим привредни субјекат тражи од наручиоца измену конкурсне документације.</p> <p>1. Наручилац је у делу који се односи на Сплит/сплитлесс инлет – 1 ком, између осталог захтевао да опсег сплита буде 12500:1</p> <p>Како се у свакодневно раду на предметном апарату користе мањи односи сплита, да ли ће бити прихватљиво понудити сплит/сплитлесс чији је опсег сплита мањи од траженог, тј. 9999.9:1?</p> <p>Раличити произвођачи на светском тржишту приказују различите опсеге. Приказ великог сплита не значи да је апарат бољих перформанси или боље и веће осетљивости. Наведена разлика не умањује функционалност самог ГЦМС апарата, а што је још важније ни на један начин не утиче на брзину, квалитет и резултате саме анализа.</p>	<p>1. Наручилац је у делу који се односи на Сплит/сплитлесс инлет – 1 ком, између осталог захтевао да опсег сплита буде 12500:1</p> <p>Одговор: Наручилац је приликом покретања набавке спровео испитивањем тржишта и утврдио да више од једног понуђача поседује захтевану карактеристику и из тог разлика је захтевана међу основним критеријумима.</p> <p>У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.</p> <p>2. Наручилац је у делу који се односи на критеријум за доделу уговора, дефинисао да ће се уговор додељивати по систему економски најповољније понуде, при чему се цена бодује са 70 бодова, док се квалитет бодује са 30 бодова.</p> <p>Одговор: Наручилац у техничкој спецификацији није тражио поменути кварцни квадрупол, већ грејани масени анализатор са грејаним квадруполом и грејаним јонским извором. Квадрупол са могућношћу грејања, никако не може задржавати влагу, као ни остале испарљиве нечистоће, чиме се повећава осетљивост и дуготрајност инструмента, што дугорочно умањује трошкове одржавања и обезбеђује поузданије резултате. Са друге стране предложена измена ни на који начин не повећава конкуретност, обзиром да је техничко решење само једног понуђача.</p> <p>Дакле, наручилац јесте у обавези да обезбеди конкуренцију међу понуђачима/привредним субјектима, што је и учинио стављајући овај захтев у</p>

У циљу прикупљања што већег броја конкурентних понуда молимо наручиоца да измени ову једну техничку спецификацију на коју му указјемо. Само та једна измена у техничкој спецификацији ће омогућити и осталим понуђачима да учествују у предметном поступку јавне набавке. Овако наведени опсег сплита испуњава само један произвођач, што чини набавку затвореном за све остале понуђаче на тржишту.

У складу са свим наведеним, предлажемо наручиоцу да измени техничку спецификацију тако да гласи: „Опсег сплита: 9999.9:1 или боље"

2. Наручилац је у делу који се односи на критеријум за доделу уговора, дефинисао да ће се уговор додељивати по систему економски најповољније понуде, при чему се цена бодује са 70 бодова, док се квалитет бодује са 30 бодова.

Као елемент критеријума, наручилац је навео да ће понуђена добра која имају Грејање масеног анализатора са грејањем и јонског извора и квадрупла оценити са 10 бодова, док ће понуђена добра која немају наведену опцију оставити без бодова (0 бодова).

Молимо наручиоца за измену наведеног елемента критеријума за доделу уговора, јер на овај начин неоправдано дискриминишете и оставља без бодова све понуђаче који нуде чак и напреднија технолошка решења од наведеног.

Овде желимо да истакнемо да је захтевано решење грејања квадрупла застарела и јефтинија технологија. У питању су квадруполи од кварцног материјала и имају већу могућност привлачења влаге на површину, а опште је познато да влага делује неповољно на резултате ГЦМС анализа. Оно што је још важније је да је животни век краћи код оваквих квадрупла, те ће наручилац имати додатних постпродајних трошкова, што свакако није економично и исплативо за наручиоца.

Напреднија технологија квадрупла су метални квадруполи са додатним пре диодама који омогућавају задржавање свих нечистоћа и спречавају контаминацију квадрупла. Метални квадруполи не захтевају загревање да би се уклонила влага, што на

критеријум квалитета, а не у елиминационе критеријуме. Услов и захтев у конкурсној документацији, наручилац дефинише полазећи искључиво од својих објективних потреба, а не од пословних и економских интереса појединих понуђача.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

3. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да је понуђач у претходне две године (2020 и 2021) и до момента објављивања јавне набавке понуђач реализовао минимум 5 (пет) уговора о продаји истоврсних добара на територији Републике Србије.

Одговор: Максимални референтни период по закону је 5 година, тако да је захтевани референтни период у складу са законским оквирима.

Наручилац је јасно тражио као доказ потврде референтних купаца, не референтну листу. У складу са тим, потребно је у захтеваној потврди навести модел продатог уређаја, не конфигурацију.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

4. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђач има минимум два сервисера у Републици Србији са важећим сертификатом за одржавање опреме која се набавља, издатим од произвођача.

Одговор: Обзиром на велики обим посла са којим се наручилац сусреће, било какав застој у раду инструмента, може наручиоцу проузроковати знатне губитке. Самим тим, обзиром да се опрема купује и користиће се на територији Републике Србије, наручиоцу је неопходно да има одговарајући доступан и поуздан сервис, у складу са чим је и постављен захтев у жељи да спречи немогућност и застој у раду.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

5. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђач располаже уведеним системом усаглашеним са стандардима ИСО 9001; ИСО 14001; ИСО 45001.

крају доводи до веће дуговечности квадрупола и стабилних високо осетљивих анализа.

У складу са свим наведеним, молимо наручиоца да избрише из бодовања Грејање масеног анализатора са грејањем и јонског извора и квадрупола, или да наручилац уврсти у систем бодовања и другачије техничко решење масеног анализатора са пре диодама без потребе за грејањем квадрупола, так да нова расподела бодова изгледа овако:

Грејање масеног анализатора са грејањем и јонског извора и квадрупола – 5 бодова

Метални квадруполи са додатним пре диодама без потребе за грејањем квадрупола – 10 бодова

Изменом конкурсне документације, кроз прихватање сугестија потенцијалног понуђача, наручилац би обезбедио већу конкуренцију и једнак положај свих потенцијалних понуђача, што је свакако и дужан да уради у складу са чланом 7. и чланом 9. Закона о јавним набавкама, а за себе би набавио опрему која у потпуности одговара његовим објективним потребама, и која је у корак са свим данашњим трендовима из области аналитике.

Уколико наручилац не прихвати предложене измене од стране потенцијалног понуђача, молимо га да наведе конкретне и одлучујуће разлоге због којих је предвидео техничке карактеристике на тачно описан начин из објављеног документа под називом „01 техничка спецификација“? Уједно, молимо наручиоца да објасни на који конкретан начин би се предложена одступања од постављених захтева одразила на потребе наручиоца, односно из ког разлога не може да прихвати предложена одступања?

Опреза ради, потенцијални понуђач указује да је наручилац дужан да техничке спецификације дефинише да начин да свим привредним субјектима омогуће једнак приступ и да исте не смеју да неоправдано ограничавају конкуренцију у поступку јавне набавке, а све у складу са чланом 98. став 7. Закона о јавним набавкама.

Уколико наручилац не прихвати предложене измене од стране потенцијалног понуђача, у делу који се односи на критеријум за доделу уговора, молимо га да наведе конкретне и одлучујуће разлоге због којих не

Одговор: Према закону о јавним набавкама наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, посебне ако се услови односе на социјално еколошка питања.

Имајући у виду специфичност опреме која се набавља (рад опреме захтева коришћење опреме под притиском, употребу киселина, високог напона итд...) од изузетног је значаја да наручилац обезбеди избор добављача који ће својим системом рада и организацијом пословања у лабораторији корисника (наручиоца) обезбеди максималну сигурност како за рад оператера у самој лабораторији тако и за животну средину. Наручилац има сазнање да на тржишту постоји постоји значајан број добављача који имају успостављен систем стандард ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001, чиме је обезбедио конкурентност у складу са законом о јавним набавкама. Понуђач може испуњеност додатних услова да обезбеди самостално или у оквиру групе понуђача у складу са Законом о јавним набавкама.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

жели да за себе набавки савременије, економичније решење, већ бодује карактеристику која представља застарелу технологију коју су напустили сви светски водећи произвођачи предметне опреме?

Такође, у складу са чланом 5. Закона о јавним набавкама, наручилац је обавезан да поступа на економичан и ефикасан начин, да обезбеди конкуренцију, једнак положај свих привредних субјеката, без дискриминације, као и да поступа на транспарентан и пропорционалан начин. Исто тако, јавна набавка не сме да буде обликована са намером избегавања примене овог закона или са намером да одређене привредне субјекте неоправдано доведе у повољнији или у неповољнији положај.

3. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да је понуђач у претходне две године (2020 и 2021) и до момента објављивања јавне набавке понуђач реализовао минимум 5 (пет) уговора о продаји истоврсних добара на територији Републике Србије.

Молимо наручиоца за потврду да ли је довољна оверена референтна листа за ГЦ/МСД без навођења тачног модела, обзиром да се ГЦ/МСД има разлићите конфигурације и у складу са тим различите ознаке модела? Ми као понуђачи имамо продатих и више од 5 уређаја, бољих карактеристика од тренутно захтеваних.

Обзиром да је од марта 2020. године кренула пандемија изазвана вирусом Цовид – 19, те да је продаја опреме која се не односи на лечење и дијагностику у медицини знатно опала, молимо наручиоца да у складу са чланом 124. став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама повећа референтни период на 5 година, односно да дозволи да се референтне листе доставе за период од 2017-2021 године.

4. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђач има

минимум два сервисера у Републици Србији са важећим сертификатом за одржавање опреме која се набавља, издатим од произвођача.

Ми смо званични представници произвођача предметне опреме за Србију, и део смо мултинационалне компаније која покрива продају, сервис и дистрибуцију предметне опреме за ех YУ регион. У складу са тим, као део групације, имамо више од 5 сервисера предметне опреме, али само један је уговором везан баш за представништво компаније из Србије, док су остали сервисери свакодневно на располагању у свим потребним околностима и на територији Србије.

У складу са наведеним, молимо наручиоца да или избрише да је поребно да сервисер буде у Републици Србији, већ да дозволи понуђачу да докаже да има и више од два сервисера за прдметну опрему, а који нису искључиво уговором везани за територију Србије.

Друго предложено решење за наручиоца је да у конкурсној документацији наведе да је потребно да понуђач има једног сертификованог сервисера на територији Републике Србије.

5. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђач располаже уведеним системом усаглашеним са стандардима ИСО 9001; ИСО 14001; ИСО 45001.

Да понуђач поседује наведене сертификате је чист дискриминаторски услов.

У складу са чланом 124.став 1. тачка 12) подтачка (2) Закона о јавним набавкама јасно је назначено да се сертификати званичних институција или агенција за контролу квалитета чија је компетентност призната могу тражити ако је њима потврђена усаглашеност

<p>добара са јасно дефинисаним техничким спецификацијама или стандардима.</p> <p>Дакле, стандарди могу да се користе за доказивање квалитета понуђених добара, а не као капацитет понуђача.</p> <p>У складу са наведеним, молимо наручиоца да из конкурсне документације избрише стандарде ИСО 14001 и ИСО 45001, јер исти нису повезани за предметном јавне набавке и ни на којим начин не представљају компетенције понуђача које су неопходне за извршење уговора о јавној набавци.</p>	
--	--

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>1. У оквиру докумената Техничка спецификација и Критеријум за доделу уговора, захтеван је додатни јонски извор. Да ли је неопходно понудити још један јонски извор или је потребно имати могућност надоградње јонског извора са датим описом?</p> <p>2. Да ли је прихватљиво доставити каталоге и осталу техничку документацију, као и сертификате сервисера на енглеском језику?</p> <p>Унапред се захваљујемо на одговорима.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>1. Потребно је да уређај има могућност надоградње јонског извора који је компатибилан за коришћење водоника као носећег гаса.</p> <p>2. Да, прихватљиво је.</p>
<p>У складу са чланом 97. Закона о јавним набавкама, привредни субјекат у писаној форми путем Портала</p>	

јавних набавки тражи од наручиоца додатна појашњења захтеваних техничких карактеристика, критеријума за доделу уговора и критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Такође, на овај начин желимо да укажемо наручиоцу да постоје недостаци, односно неправилности у документацији о набавци, који нарушавају конкуренцију, а ни на који начин не представљају техничко-технолошку предност захтеваног добра, те у складу са тим привредни субјектат тражи од наручиоца измену конкурсне документације.

1. Наручилац је у делу који се односи на Сплит/сплитлесс инлет – 1 ком, између осталог захтевао да опсег сплита буде 12500:1

Како се у свакодневно раду на предметном апарату користе мањи односи сплита, да ли ће бити прихватљиво понудити сплит/сплитлесс чији је опсег сплита мањи од траженог, тј. 9999.9:1?

Раличити произвођачи на светском тржишту приказују различите опсеге. Приказ великог сплита не значи да је апарат бољих перформанси или боље и веће осетљивости. Наведена разлика не умањује функционалност самог ГЦМС апарата, а што је још важније ни на један начин не утиче на брзину, квалитет и резултате саме анализа.

У циљу прикупљања што већег броја конкурентних понуда молимо наручиоца да измени ову једну техничку спецификацију на коју му указјемо. Само та једна измена у техничкој спецификацији ће омогућити и осталим понуђачима да учествују у предметном поступку јавне набавке. Овако наведени опсег сплита испуњава само један произвођач, што чини набавку затвореном за све остале понуђаче на тржишту.

У складу са свим наведеним, предлажемо наручиоцу да измени техничку спецификацију тако да гласи: „Опсег сплита: 9999.9:1 или боље”

2. Наручилац је у делу који се односи на критеријум за доделу уговора, дефинисао да ће се уговор додељивати по систему економски најповољније понуде, при чему се цена бодује са 70 бодова, док се квалитет бодује са 30 бодова.

1. Наручилац је у делу који се односи на Сплит/сплитлесс инлет – 1 ком, између осталог захтевао да опсег сплита буде 12500:1

Одговор: Наручилац је приликом покретања набавке спровео испитивањем тржишта и утврдио да више од једног понуђача поседује захтевану карактеристику и из тог разлига је захтевана међу основним критеријумима.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

2. Наручилац је у делу који се односи на критеријум за доделу уговора, дефинисао да ће се уговор додељивати по систему економски најповољније понуде, при чему се цена бодује са 70 бодова, док се квалитет бодује са 30 бодова.

Одговор: Наручилац у техничкој спецификацији није тражио поменути кварцни квадрупол, већ грејани масени анализатор са грејаним квадруполом и грејаним јонским извором. Квадрупол са могућношћу грејања, никако не може задржавати влагу, као ни остале испарљиве нечистоће, чиме се повећава осетљивост и дуготрајност инструмента, што дугорочно умањује трошкове одржавања и обезбеђује поузданије резултате. Са друге стране предложена измена ни на који начин не повећава конкурентност, обзиром да је техничко решење само једног понуђача.

Дакле, наручилац јесте у обавези да обезбеди конкуренцију међу понуђачима/привредним субјектима, што је и учинио стављајући овај захтев у критеријум квалитета, а не у елиминационе критеријуме. Условне и захтеве у конкурсној документацији, наручилац дефинише полазећи искључиво од својих објективних потреба, а не од пословних и економских интереса појединих понуђача.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

3. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да је понуђач у претходне две године (2020 и 2021) и до момента објављивања јавне набавке понуђач реализовао минимум 5 (пет) уговора о продаји истоврсних добара на територији Републике Србије.

Као елемент критеријума, наручилац је навео да ће понуђена добра која имају Грејање масеног анализатора са грејањем и јонског извора и квадрупола оценити са 10 бодова, док ће понуђена добра која немају наведену опцију оставити без бодова (0 бодова).

Молимо наручиоца за измену наведеног елемента критеријума за доделу уговора, јер на овај начин неоправдано дискриминишете и оставља без бодова све понуђаче који нуде чак и напреднија технолошка решења од наведеног.

Овде желимо да истакнемо да је захтевано решење грејања квадрупола застарела и јефтинија технологија. У питању су квадруполи од кварцног материјала и имају већу могућност привлачења влаге на површину, а опште је познато да влага делује неповољно на резултате ГЦМС анализа. Оно што је још важније је да је животни век краћи код оваквих квадрупола, те ће наручилац имати додатних постпродајних трошкова, што свакако није економично и исплативо за наручиоца.

Напреднија технологија квадрупола су метални квадруполи са додатним пре диодама који омогућавају задржавање свих нечистоћа и спречавају контаминацију квадрупола. Метални квадруполи не захтевају загревање да би се уклонила влага, што на крају доводи до веће дуговечности квадрупола и стабилних високо осетљивих анализа.

У складу са свим наведеним, молимо наручиоца да избрише из бодовања Грејање масеног анализатора са грејањем и јонског извора и квадрупола, или да наручилац уврсти у систем бодовања и другачије техничко решење масеног анализатора са пре диодама без потребе за грејањем квадрупола, так да нова расподела бодова изгледа овако:

Грејање масеног анализатора са грејањем и јонског извора и квадрупола – 5 бодова

Метални квадруполи са додатним пре диодама без потребе за грејањем квадрупола – 10 бодова

Изменом конкурсне документације, кроз прихватање сугестија потенцијалног понуђача, наручилац би

Одговор: Максимални референтни период по закону је 5 година, тако да је захтевани референтни период у складу са законским оквирима.

Наручилац је јасно тражио као доказ потврде референтних купаца, не референтну листу. У складу са тим, потребно је у захтеваној потврди навести модел продатог уређаја, не конфигурацију.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

4. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђач има минимум два сервисера у Републици Србији са важећим сертификатом за одржавање опреме која се набавља, издатим од произвођача.

Одговор: Обзиром на велики обим посла са којим се наручилац сусреће, било какав застој у раду инструмента, може наручиоцу проузроковати знатне губитке. Самим тим, обзиром да се опрема купује и користиће се на територији Републике Србије, наручиоцу је неопходно да има одговарајући доступан и поуздан сервис, у складу са чим је и постављен захтев у жељи да спречи немогућност и застој у рада.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

5. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђач располаже уведеним системом усаглашеним са стандардима ИСО 9001; ИСО 14001; ИСО 45001.

Одговор: Према закону о јавним набавкама наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, посебне ако се услови односе на социјално еколошка питања.

Имајући у виду специфичност опреме која се набавља (рад опреме захтева коришћење опреме под притиском, употребу киселина, високог напона итд...) од изузетног је значаја да наручилац обезбеди избор добављача који ће својим системом рада и организацијом пословања у лабораторији корисника (наручиоца) обезбеди максималну сигурност како за рад оператера у самој лабораторији тако и за животну средину. Наручилац има сазнање да на тржишту постоји постоји значајан број добављача који имају успостављен систем стандард ИСО 9001, ИСО 14001,

обезбедио већу конкуренцију и једнак положај свих потенцијалних понуђача, што је свакако и дужан да уради у складу са чланом 7. и чланом 9. Закона о јавним набавкама, а за себе би набавио опрему која у потпуности одговара његовим објективним потребама, и која је у корак са свим данашњим трендовима из области аналитике.

Уколико наручилац не прихвати предложене измене од стране потенцијалног понуђача, молимо га да наведе конкретне и одлучујуће разлоге због којих је предвидео техничке карактеристике на тачно описан начин из објављеног документа под називом „01 техничка спецификација“? Уједно, молимо наручиоца да објасни на који конкретан начин би се предложена одступања од постављених захтева одразила на потребе наручиоца, односно из ког разлога не може да прихвати предложена одступања?

Опреза ради, потенцијални понуђач указује да је наручилац дужан да техничке спецификације дефинише да начин да свим привредним субјектима омогуће једнак приступ и да исте не смеју да неоправдано ограничавају конкуренцију у поступку јавне набавке, а све у складу са чланом 98. став 7. Закона о јавним набавкама.

Уколико наручилац не прихвати предложене измене од стране потенцијалног понуђача, у делу који се односи на критеријум за доделу уговора, молимо га да наведе конкретне и одлучујуће разлоге због којих не жели да за себе набавки савременије, економичније решење, већ бодује карактеристику која представља застарелу технологију коју су напустили сви светски водећи произвођачи предметне опреме?

Такође, у складу са чланом 5. Закона о јавним набавкама, наручилац је обавезан да поступа на економичан и ефикасан начин, да обезбеди конкуренцију, једнак положај свих привредних субјеката, без дискриминације, као и да поступа на транспарентан и пропорционалан начин. Исто тако, јавна набавка не сме да буде обликована са намером избегавања примене овог закона или са намером да одређене привредне субјекте неоправдано доведе у повољнији или у неповољнији положај.

ИСО 45001, чиме је обезбедио конкурентност у складу са законом о јавним набавкама. Понуђач може испуњеност додатних услова да обезбеди самостално или у оквиру групе понуђача у складу са Законом о јавним набавкама.

У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву.

3. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да је понуђач у претходне две године (2020 и 2021) и до момента објављивања јавне набавке понуђач реализовао минимум 5 (пет) уговора о продаји истоврсних добара на територији Републике Србије.

Молимо наручиоца за потврду да ли је довољна оверена референтна листа за ГЦ/МСД без навођења тачног модела, обзиром да се ГЦ/МСД има различите конфигурације и у складу са тим различите ознаке модела? Ми као понуђачи имамо продатих и више од 5 уређаја, бољих карактеристика од тренутно захтеваних.

Обзиром да је од марта 2020. године кренула пандемија изазвана вирусом Цовид – 19, те да је продаја опреме која се не односи на лечење и дијагностику у медицини знатно опала, молимо наручиоца да у складу са чланом 124.став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама повећа референтни период на 5 година, односно да дозволи да се референтне листе доставе за период од 2017-2021 године.

4. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђач има минимум два сервисера у Републици Србији са важећим сертификатом за одржавање опреме која се набавља, издатим од произвођача.

Ми смо званични представници произвођача предметне опреме за Србију, и део смо мултинационалне компаније која покрива продају, сервис и дистрибуцију предметне опреме за ех УУ регион. У складу са тим, као део групације, имамо више од 5 сервисера предметне опреме, али само један је уговором везан баш за представништво компаније из Србије, док су остали сервисери свакодневно на располагању у свим потребним околностима и на територији Србије.

У складу са наведеним, молимо наручиоца да или избрише да је поребно да сервисер буде у Републици Србији, већ да дозволи понуђачу да докаже да има и више од два сервисера за прдметну опрему, а који нису искључиво уговором везани за територију Србије.

Друго предложено решење за наручиоца је да у конкурсној документацији наведе да је потребно да понуђач има једног сертифициваног сервисера на територији Републике Србије.

5. Наручилац је у делу конкурсне документације који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта захтевао да понуђач располаже уведеним системом усаглашеним са стандардима ИСО 9001; ИСО 14001; ИСО 45001.

Да понуђач поседује наведене сертификате је чист дискриминаторски услов.

У складу са чланом 124. став 1. тачка 12) подтачка (2) Закона о јавним набавкама јасно је назначено да се сертификати званичних институција или агенција за контролу квалитета чија је компетентност призната могу тражити ако је њима потврђена усаглашеност добара са јасно дефинисаним техничким спецификацијама или стандардима.

Дакле, стандарди могу да се користе за доказивање квалитета понуђених добара, а не као капацитет понуђача.

У складу са наведеним, молимо наручиоца да из конкурсне документације избрише стандарде ИСО 14001 и ИСО 45001, јер исти нису повезани за предметном јавне набавке и ни на којим начин не

представљају компетенције понуђача које су неопходне за извршење уговора о јавној набавци.	
---	--