

**Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama**Predmet nabavke: **ETALONIRANJE OPREME**Referentni broj: **JNU-II/2023**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani, molimo da za partiju 6, a za stavke 13,17,21,22,23 i 24 navedete oseg i tačke etaloniranja.</p>	<p>Pojašnjenje za <b>partiju 6</b>: Opseg i Tačke etaloniranja</p> <p><b>Stavka 13</b> - Digitalni termohigroanemometar opseg i tačke: Anemometer opseg 0.40-20 na 8 tačaka, za termohigrometar po 3 tačke za temperature u opsegu od -10 do +500C, a za relativnu vlažnost vazduha 0-100% isto tri tačke.</p> <p><b>Stavka 17</b> - Digitalni termohigroanemometar opseg i tačke: Anemometer opseg 0.40-20 na 8 tačaka, za termohigrometar po 3 tačke za temperature u opsegu od -10 do +500C, a za relativnu vlažnost vazduha 0-100% isto tri tačke</p> <p><b>Stavka 21</b> – Stakleni termometar Tačke od interesa: +37; +45;+80 °C Opseg: -10 do +250 °C</p> <p><b>Stavka 22</b> – Data logger 176 T2 Tačke od interesa: -20;+60;+100°C Opseg: -100 do +400 °C, opseg sonde: -85 do +150 °C</p> <p><b>Stavka 23</b> – Data logger 175 T3 Tačke od interesa: -20;+170;+400°C Opseg: -50 do +400 °C, opseg sonde: do +400 °C</p> <p>Stavka 24 – Data logger 176 T4 Tačke od interesa: -80;+100;+150°C Opseg: -195 do +1000 °C opseg sonde: -85 do +150 °C</p>

