

## Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Laboratorijski materijal**

Referentni broj: **JND-I-2024**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Da li je prihvatljivo za partiju 39, stavka 1 (HCV), ponuditi kitove za 48 uzoraka, umesto traženih 50 i za stavku 3 iste partije (HBV) jedan kit za 96 uzoraka, umesto tražena dva za 50?</p> <p>Takođe, da li je prihvatljivo za partiju 41, stavka 1 (Bordatela pertusis) ponuditi kitove za 48 uzoraka, umesto za traženih 50?</p> <p>Pozdrav!</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Da, prihvatljivo je za partiju 39, stavka 1 (HCV), ponuditi kitove za 48 uzoraka, umesto traženih 50</p> <p>Ne, nije prihvatljivo ponuditi za partiju 39 stavku 3 (HBV) jedan kit za 96 uzoraka, umesto tražena dva za 50</p> <p>Da, prihvatljivo je za partiju 41, stavka 1 (Bordatela pertusis) ponuditi kitove za 48 uzoraka, umesto za traženih 50</p>

## Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Obraćamo Vam se povodom JND-I-2024</p> <p>Molimo Vas za pojašnjenje specifikacije za partiju 33 „Potrošni materijal za pcr“,</p>	<p>Poželjno je da budu transparentne tubice i poklopci.</p>

<p>Poz. 7 „Stripovi za PCR, 8 tuba, 0,1 ml, bez poklopca“.</p> <p>Pitanje: da li su Vam potrebne neprovidne (bele) ili transparentne (bezbojne) tubice?</p> <p>Hvala.</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>molimo vas da pojasnite sledeće, partija 33 „Potrošni materijal za pcr“ za Poz. 3 i 4, kao i 7 i 8 - da li je odgovarajuće ponuditi pakovanja 120 komada/ traženo 125/ u odgovarajućoj ukupno traženoj količini?</p> <p>Unapred zahvalni na vašem odgovoru.</p> <p>Srdačan pozdrav.</p>	<p>Odgovara nam i pakovanje od 120 stripova po 8 mesta („bunarića“) , u odgovarajućoj ukupnoj količini.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Da li je prihvatljivo za partiju 39, stavka 1 (HCV), ponuditi kitove za 48 uzoraka, umesto traženih 50 i za stavku 3 iste partije (HBV) jedan kit za 96 uzoraka, umesto tražena dva za 50?</p> <p>Takođe, da li je prihvatljivo za partiju 41, stavka 1 (Bordatela pertusis) ponuditi kitove za 48 uzoraka, umesto za traženih 50?</p> <p>Pozdrav!</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Da, prihvatljivo je za partiju 39, stavka 1 (HCV), ponuditi kitove za 48 uzoraka, umesto traženih 50</p> <p>Ne, nije prihvatljivo ponuditi za partiju 39 stavku 3 (HBV) jedan kit za 96 uzoraka, umesto tražena dva za 50</p> <p>Da, prihvatljivo je za partiju 41, stavka 1 (Bordatela pertusis) ponuditi kitove za 48 uzoraka, umesto za traženih 50</p>